

**ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкрити упаковку, дістати медичний виріб, занурити у воду при температурі $20 \pm 2^\circ\text{C}$ на 30 секунд, застосувати у відповідності із загальноприйнятим методом.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не накладати медичний виріб на відкриті рани.
5. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.

| Назва модифікації медичного виробу українською мовою |
|--|
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20x270 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20x300 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5x460 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5x460 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10x460 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5x460 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15x460 см |
| Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20x460 см |




Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Anji Wande Medical Products Co., Ltd.,
(Виробничі потужності) Shangshu Industrial Zone, Anji County, Zhejiang, 313300, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.




В.Г. Биков

Сторінка 1 з 1