

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2016

Виробник: Баоїнь Каунті Фуканг Медікал Апплайанс Ко., Лтд.
(Baoying County Fukang Medical Appliance Co., Ltd)
Продукція: **Серветка медична IGAR, просочена спиртовим розчином (6х3см)**
Партія №: 201601
Кількість: 700 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою.

Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам стандарту ISO 13485:2003 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Серпень 2016

Продукція: **Серветка медична IGAR, просочена спиртовим розчином (6х3см)**
Партія №: 201601
Вироблено: 08.2016
Кількість: 700 000 штук
Термін придатності: 08.2021

Аспект перевірки	Вимоги	Результати
Зовнішній вигляд	Упакування повинне мати чітке маркування, не повинно мати плям фарби, забруднень, без ушкоджень	Відповідає
Розмір	Допуск коливання розміру по довжині та ширині в межах $\pm 10\%$	Відповідає
Запечатування	Упакування повинне бути запечатане під тиском 5Н. Протікання не повинно бути.	Відповідає
Залишки оксиду етилену	Ізопропіловий спирт $70\% \pm 5\%$	Відповідає
Тип упакування	Експортні коробки в доброму стані	Відповідає

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ISO 13485:2003 та продукція є відповідно кваліфікованою..

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Baoying County Fukang Medical Appliance Co., Ltd. Свідоцтво про державну реєстрацію № 9303/2010 від 12 лютого 2015 р. (термін дії свідоцтва – необмежений).

