

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Жовтень 2016

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455  
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,  
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**  
Партія №: 201602  
Кількість: 1 200 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR20160912842, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012 / AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Жовтень 2016

Продукція: **Маска медична неткана «IGAR»**  
Партія №: 201602  
Виготовлено: 10.2016

Кількість в партії: 1 200 000 штук  
Термін придатності: 10.2021

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см	відповідає
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж 20 г/м <sup>2</sup> для маски медичної нетканої	22 г/м <sup>2</sup>
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0,5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо маски медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.

Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.



