

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Вересень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455  
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,  
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China  
Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**  
Партія №: 201702  
Кількість: 590 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201707211011, було проведено перевірку перед відвантаженням.  
Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012/AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Вересень 2017

Продукція: **Шапочка медична торгової марки IGAR**  
Партія №: 201702  
Виготовлено: 08.2017

Кількість в партії: 590 000 штук  
Термін придатності: 08.2022

| Аспект перевірки      | Стандарти   | Результати           |
|-----------------------|---|----------------------|
| Основні виміри        | Допустиме відхилення: $\pm 0,5$ см.   | відповідає           |
| Зовнішній вигляд      | Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні. | відповідає           |
| Запах                 | Запах відсутній.  | відповідає           |
| Властивості матеріалу | Не менше ніж $9.0 \text{ г/м}^2$ для шапочки медичної нетканої.   | $10.2 \text{ г/м}^2$ |
|                       | Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.  | відповідає           |
| Виготовлення          | Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5.   | відповідає           |
|                       | Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.                         | 0.5 см               |
| Маркування            | Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.       | відповідає           |
| Випробування на       | Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоків.   | відповідає           |
| Упакування            | Експортний короб в належному стані.   | відповідає           |

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо шапочки медичної нетканої. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/AC:2012.

Даний документ є повним і точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.

