

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Вересень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Бахіли медичні торгової марки IGAR**
Партія №: 201702
Кількість: 3 200 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, інвойс № XR201707211011, було проведено перевірку перед відвантаженням.
Ми гарантуємо, що після нашої вибіркової перевірки зразків даної партії продукція відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012/АС:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Вересень 2017

Продукція: **Бахіли медичні торгової марки IGAR**
Партія №: 201702
Виготовлено: 08.2017

Кількість в партії: 3 200 000 штук
Термін придатності: 08.2022

| Аспект перевірки | Стандарти | Результати |
|-------------------------------|---|------------|
| Основні виміри | Допустиме відхилення: ± 2 см. | відповідає |
| Зовнішній вигляд | Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні. | відповідає |
| Запах | Запах відсутній. | відповідає |
| Властивості матеріалу | Не менш ніж 1,6г/шт. для п/е бахіли. | 1,7 г/шт. |
| | Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви. | відповідає |
| Виготовлення | Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 5. | відповідає |
| | Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см. | 0,5 см |
| Маркування | Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має. | відповідає |
| Випробування на водостійкість | Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку. | відповідає |
| Упакування | Експортний короб в належному стані. | відповідає |

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають стандартам EN ISO 13485:2012/АС: 2012.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.

Декларація про відповідність № 13-11/2016-IGAR від 16.11.2016 р.

