

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лютий 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Huaixin Medical Instruments Co., Ltd. № 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huaian, China

Продукція: **Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR**

Партія № 201703

Розмір умовний	3/0	2/0	1	2	3	5
Розмір метричний	2	3	4	5	6	7

Кількість: 31 200 штук (26 картонний короб)

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що дана партія продукції після нашої перевірки зразків, що були відібрані шляхом випадкової вибірки, відповідає положенням стандартів ISO 9001:2008/GB/T 19001-200 та NS-EN ISO13485:2012/ISO13485:2003 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Лютий 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Huaixin Medical Instruments Co., Ltd. № 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huaian, China

Продукція: **Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR**

Партія № 201703

Розмір умовний	3/0	2/0	1	2	3	5
Розмір метричний	2	3	4	5	6	7

Кількість: 31 200 штук (26 картонний короб)

Цим підтверджується, що вказану партію шовку було простерилізовано CO⁶⁰ – гамма-випромінюванням перед відправкою.

Ми гарантуємо, що шовк, який пройшов стерилізаційний процес є стерильним та безпечним для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Лютий 2017

Продукція: **Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR**

Партія № : 201703

Кількість в партії: 31 200 штук

Об'єкт перевірки	Специфікація		Результати перевірки
Діаметр	2 (USP 3/0)	0,200-0,249мм	0,231-0,241мм
	3 (USP 2/0)	0,300-0,339мм	0,328-0,335мм
	4 (USP 1)	0,400-0,499мм	0,454-0,475мм
	5 (USP 2)	0,500-0,599мм	0,556-0,578мм
	6 (USP 3)	0,600-0,699 мм	0,650-0,670 мм
	Довжина	Довжина шовку не менша ніж 95% від довжини, що вказана на упаковці	
Міцність на розрив	2(USP 3/0)	≥9,41Н	15,10Н
	3(USP 2/0)	≥14,1Н	23,20Н
	4 (USP 1)	≥26,7Н	36,90Н
	5 (USP 2)	≥34,5Н	46,20Н
	6 (USP 3)	≥47,8Н	59,10Н
	Зовнішній вигляд	Поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою.	
Стерильність	Шовк має бути стерильним		відповідає
Упаковка	Зовнішнє упакування має бути чистим та неушкодженим, написи на ньому мають бути чіткими.		відповідає

Висновок: Якість вказаної вище продукції відповідає вимогам систем управління якістю ISO 9001:2008/GB/T 19001-200 та NS-EN ISO13485:2012/ISO13485:2003.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату на продукцію фабрики - Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd. Декларація № 8-09/2016-IGAR від 23 вересня 2016 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

