

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. КІКВІДЗЕ, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, KIKVIDZE Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2016

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88
Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Продукція: **Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR** Партія №: 201601

Розмір:

21G	23G	25G
-----	-----	-----

Кількість: 241 200 штук (201 картонний короб)

Цим підтверджується, що для вказаної вище партії продукції проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що дана партія продукції після нашої перевірки зразків, що були відібрані шляхом випадкової вибірки, відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012+AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88
Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Серпень 2016

Продукція: **Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR** Партія №: 201601

Розмір:

21G	23G	25G
-----	-----	-----

Кількість: 241 200 штук (201 картонний короб)

Цим підтверджується, що вказану партію продукції було простерилізовано газом оксидом етилену перед відправкою.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки, катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, які пройшли стерилізаційний процес є стерильними та безпечними для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88 Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Опис	Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR	Тип	21G 23G 25G	Партія №	201601	Кількість	241 200 штук
Дата стерилізації	6 серпня 2016 року	Дата відбору зразків	7 серпня 2016 року	Кількість зразків	100 штук		
Дата виробництва	Серпень 2016 року		Строк придатності	Серпень 2019 року			
Об'єкт перевірки		Технічні вимоги				Результат	
Стерильність		Стерильне				Стерильне	
Пірогенність		Непірогенне				Непірогенне	
Гемоліз		Рівень гемолізу не більше 5%				1,2 %	
Токсичність		Нетоксичне				Нетоксичне	
Залишкові речовини		Загальна кількість перманганату калію в розчині $[c(\text{KMnO}_4)=0.002 \text{ моль/л}]$ не повинна перевищувати 0,5 мл.				0,14 мл	
Іони металів		Інтенсивність кольору розчину не повинна перевищувати зразковий розчин з масовою концентрацією $p(\text{Pb}_2)=1 \mu\text{g/ml}$.				Відповідає	
Кислотність титрування		Не більше ніж 1 мл. за будь-яким стандартом Титрований розчин повинен змінити колір індикатора на сірий.				0,11 мл	
Підшкірна стимуляція		Реакція на часткову підшкірну стимуляцію відсутня				Відповідає	
Колір		Чистий та без кольору				Відповідає	

Висновок: Результати перевірки вказані вище, відповідають вимогам стандартів GB18671-2009 та EN ISO 13485:2012+AC щодо Катетерів для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату на продукцію фабрики Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.

Декларація № 9-09/2016-IGAR від 26 вересня 2016 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



(Handwritten signature)