

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. КІКВІДЗЕ, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, KIKVIDZE Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Жовтень 2016

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455  
Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88  
Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Продукція: **Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR** Партія №: 201602

Розмір: 

23G
-----

Кількість: 80 400 штук (67 картонних коробів)

Цим підтверджується, що для вказаної вище партії продукції проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що дана партія продукції після нашої перевірки зразків, що були відібрані шляхом випадкової вибірки, відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2012+AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455  
Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88  
Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Жовтень 2016

Продукція: **Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR** Партія №: 201602

Розмір: 

23G
-----

Кількість: 80 400 штук (67 картонних коробів)

Цим підтверджується, що вказану партію продукції було простерилізовано газом оксидом етилену перед відправкою.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки, катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, які пройшли стерилізаційний процес є стерильними та безпечними для тканин людини.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd. № 88 Shanchuan, Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

<b>Опис</b>	Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR	<b>Тип</b>	23G	<b>Партія №</b>	201602	<b>Кількість</b>	80 400 штук
<b>Дата стерилізації</b>	20 жовтня 2016 року	<b>Дата відбору зразків</b>	21 жовтня 2016 року	<b>Кількість зразків</b>	100 штук		
<b>Дата виробництва</b>	Жовтень 2016 року		Строк придатності	Жовтень 2019 року			
<b>Об'єкт перевірки</b>		<b>Технічні вимоги</b>				<b>Результат</b>	
Стерильність		Стерильне				Стерильне	
Пірогенність		Непірогенне				Непірогенне	
Гемоліз		Рівень гемолізу не більше 5%				1,5 %	
Токсичність		Нетоксичне				Нетоксичне	
Залишкові речовини		Загальна кількість перманганату калію в розчині [с(КМnO4)=0.002 моль/л] не повинна перевищувати 0,5 мл.				0,12 мл	
Іони металів		Інтенсивність кольору розчину не повинна перевищувати зразковий розчин з масовою концентрацією р(Pb2)=1 µg/ml.				Відповідає	
Кислотність титрування		Не більше ніж 1 мл. за будь-яким стандартом Титрований розчин повинен змінити колір індикатора на сірий.				0,12 мл	
Підшкірна стимуляція		Реакція на часткову підшкірну стимуляцію відсутня				Відповідає	
Колір		Чистий та без кольору				Відповідає	

Висновок: Результати перевірки вказані вище, відповідають вимогам стандартів GB18671-2009 та EN ISO 13485:2012+AC щодо Катетерів для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату на продукцію фабрики Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.

Декларація № 9-09/2016-IGAR від 26 вересня 2016 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



*(Handwritten signature)*