

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Січень 2017

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.  
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)  
Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**

Розмір:

6-7	7-8	8-9
-----	-----	-----

Партія №: 201701E  
Кількість: 520 000 пар

Цим підтверджується, що для вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відвантаженням та видається Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки випадково відібраних зразків, партія продукції відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2012 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Січень 2017

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.  
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)  
Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**

Розмір:

6-7	7-8	8-9
-----	-----	-----

Партія №: 201701E  
Кількість: 520 000 пар  
Стерилізація дійсна до: 12. 2019  
Метод стерилізації:

Цим підтверджується, що рукавички оглядові було простерилізовано гамма випромінюванням. Після стерилізації живих мікроорганізмів немає, відповідність ISO TC198 (1994) підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ.

Товар стерилізовано гамма випромінюванням.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Січень 2017

Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**  
Партія №: 201701E  
Дата виготовлення: 12.2016  
Кількість: 520 000 пар  
Термін придатності: 12.2019

Цим підтверджується, що згідно зі стандартом ASTM D 3578 випадково відібрані зразки вказаної вище продукції були перевірені, результати наведені нижче:

### 1. Якість:

1) Специфікація (мм): 13 пар зразків

Розмір:	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)
Довжина (мін,мм):	240	240	240
Ширина (мін,мм):	80-85	88-90	103-110

Товщина (мм):	0.1		
Вага (грам):	4.9	5.2	5.9

- 2) Перевірка водонепроникності: 32 пари зразків; протікання не виявлено.  
3) Фізичні властивості (мм): 13 пар зразків

	До старіння	Після старіння
Міцність при розтягуванні (МПа)	7.0	6.0
Максимальне розтягування (%)	650	500

**2. Пакування: упаковано в транспортні коробки та у доброму стані.**

Висновок: Якість вказаної вище продукції відповідає вимогам ASTM D 3578

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd. Свідоцтво про державну реєстрацію № 13876/2014 від 5 травня 2014 р. (термін дії свідоцтва – необмежений).



*[Handwritten signature]*