

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробництво: LATEXX PARTNERS BERHAD, Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia для Semperit Investments Asia Pte Ltd 8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів			
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin2 нестерильні неприпудрені				
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін2 (Sempercare Nitrile Skin2) (10x200) (EU)-NCM-06FE Нітрилові оглядові рукавички Специфікація рукавичок: US-NOME-6FE Дата поставки: 12/04/2017, Одеса	Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	
	XS	2017-01	L2920 -0001	Термін придатності: 12-2019
	XS	2016-10	L2567 -0001	09-2018
	S	2017-01	L700816-002	12-2019
	S	2017-01	L700817-002	12-2019
	S	2017-01	L700818-002	12-2019
	S	2017-01	L700819-002	12-2019
	S	2017-01	L700820-002	12-2019
	S	2017-01	L700821-002	12-2019
	S	2017-01	L700822-002	12-2019
	S	2017-01	L700823-002	12-2019
	S	2017-01	L700838-002	12-2019
	M	2017-01	L701454-003	12-2019
	M	2017-01	L701455-003	12-2019
	M	2017-01	L701456-003	12-2019
	M	2017-01	L701457-003	12-2019
	M	2017-01	L701458-003	12-2019
	M	2017-01	L701459-003	12-2019
	M	2017-01	L701460-003	12-2019
	M	2017-01	L701461-003	12-2019
	M	2017-01	L701462-003	12-2019
	M	2017-01	L701463-003	12-2019
	M	2017-01	L701464-003	12-2019
M	2017-01	L701465-003	12-2019	
M	2017-01	L701466-003	12-2019	
L	2017-01	L701074-004	12-2019	
L	2017-01	L701075-004	12-2019	
L	2017-01	L701076-004	12-2019	
L	2017-01	L701077-004	12-2019	
L	2017-01	L701078-004	12-2019	
L	2017-01	L701079-004	12-2019	

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	200 000	1 620 000	2 600 000	1 040 000		5 460
A)тест на надування повітрям (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	200	945	1945	630		3405
Кількість дефектних рукавичок	3	6	8	5		22

Відповідність:	так	так	так	так		
Б) Візуальне оцінення рукавичок	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	200	600	1715	700		3215
Кількість дефектних рукавичок	1	13	41	23		78
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Кількісний перерахунок рукавичок в груповій упаковці						
Середня кількість рукавичок у груповій упаковці, шт	200	199	199	201		
Відповідність:	так	так	так	так		

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Ширина: середнє значення, мм	72 78	86 89	94 99	105 108		
Довжина, середнє значення, мм	243	249	243	243		

Д) Товщина рукавичок, мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0,06	0,05	0,05	0,05		
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0,07	0,07	0,07	0,07		
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0,10	0,11	0,10	0,11		

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Дата: 20.03.2017

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 20.03.2017

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції- Siam Sempermed Corporation Ltd.
Декларація № 4-04/2016 від 12.04.2016 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.
Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

