

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Квітень 2016

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)
Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES
торгової марки IGAR**

Розмір:

6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Партія №: 201603
Кількість: 511 600 пар

Цим підтверджується, що для вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відвантаженням та видається Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки випадково відібраних зразків, партія продукції відповідає вимогам стандартів ISO 13485:2003 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Квітень 2016

Партія: 201603

Дата стерилізації: 03.2016

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)

Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні
RIVERGLOVES торгової марки IGAR**

Розмір:

6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Загальна кількість: 511 600 пар

Цим підтверджується, що хірургічні рукавички було простерилізовано гамма-випромінюванням. Після стерилізації живих мікроорганізмів немає, відповідність ISO TC198 (1994) підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ.

Результат стерилізації:
Ця партія продукції була простерилізована гама-опроміненням..

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Квітень 2016

Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES
торгової марки IGAR**

Кількість: 511 600 пар
Партія №: 201603
Дата виготовлення: 03.2016
Термін придатності: 03.2019

Цим підтверджується, що згідно зі стандартом ASTM D3577-78a випадково відібрані зразки вказаної вище продукції були перевірені з результатами, що наведені нижче:

1. Якість

1) Специфікації (мм): 13 пар зразків

Розмір	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
Довжина (мм) Мін.	255	255	265	265	275	275
Ширина (мм) Мін.	72-82	83-87	92-94	99-101	105-107	110-114
Товщина (мм)	0.30					
Вага (г)	6.7	8.3	9.1	9.5	9.7	11.0

2) Перевірка водонепроникності: 32 пари зразків; протікання не виявлено

3) Фізичні властивості (мм): 13 пар зразків

	До старіння	Після старіння (22 години при 100° C)
Міцність при розтягуванні (МПа)	25.00	19.00
Максимальне розтягування (%)	760	660
Стан упаковки		

2. Упакування: Запаковано в транспортні коробки та у доброму стані.

Висновок: Якість вказаної вище продукції відповідає вимогам ASTM D3577-78a.

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd. Свідоцтво про державну реєстрацію № 9890/2010 від 12 червня 2015 р. (термін дії свідоцтва - необмежений).

