

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лютий 2017

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Wuxi Kangyou Medical Products Co., Ltd.

№ 168, Chunxiang Industrial Park Economic Development Zone of Xishan District, Wuxi, 214101 Jiangsu, China

Продукція: **Серветка медична торгової марки IGAR, просочена спиртовим розчином, 6 x 3 см**

Партія №: 201703

Кількість: 1 150 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою. Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2012 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Лютий 2017

Продукція: **Серветка медична торгової марки IGAR, просочена спиртовим розчином, 6 x 3 см**

Партія №: 201703

Вироблено: 02.2017

Кількість: 1 150 000 штук

Термін придатності: 02.2022

Аспект перевірки	Вимоги	Результати перевірки	Висновок
Витримує тиск	Упакована серветка має витримувати тиск 0,5кПа без протікань	Відповідає вимогам	Кваліфіковано
Вага	Вміст спирту: кожна неткана серветка просочена 70% ізопропілового спирту, вага 0,85 г $\pm$ 0,1 г	0,86г-0,9г	Кваліфіковано
Щільність і розмір нетканого матеріалу	Щільність нетканого матеріалу: 50 $\pm$ 1г/м <sup>2</sup> . Розмір нетканого матеріалу: 60 $\pm$ 2x30 $\pm$ 2 мм	Щільність: 50-51 г Розмір: 59x29мм- 61x31мм	Кваліфіковано
Щільність ізопропілового спирту	Кожна неткана серветка просочена розчином 70% ізопропілового спирту, щільність 0,84 $\pm$ 0,01г/см <sup>3</sup>	0,84-0,85 г/см <sup>3</sup>	Кваліфіковано
Розмір індивідуальної упаковки серветки	Розмір індивідуальної упаковки серветки: 50 $\pm$ 2x50 $\pm$ 2мм	50x50мм— 51x51мм	Кваліфіковано
Положення	Фасована серветка має бути у запечатаному пакеті	Відповідає вимогам	Кваліфіковано
Бульбашки і зморшки	Ущільнена сторона серветки має бути цілісною, пропорційно-проштампованою, з рівними краями, без бульбашок та зморшок	Відповідає вимогам	Кваліфіковано

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту EN ISO 13485:2012 та продукція є відповідно кваліфікованою..

Даний документ є повним перекладом Сертифікату на продукцію фабрики – Wuxi Kangyou Medical Products Co., Ltd. Декларація № 16-02/2017-IGAR від 06 лютого 2017 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located below the official seal.