

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Жовтень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластир бактерицидний торгової марки IGAR**
Тип: **Еластик (на еластичній полімерній основі) 1,9 x 7,2 см; 2,5 x 7,6 см**
Партія №: 201709
Кількість: 300 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам стандарту ISO 13485:2012+AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Жовтень 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,
Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластир бактерицидний торгової марки IGAR**
Тип: **Еластик (на еластичній полімерній основі) 1,9 x 7,2 см; 2,5 x 7,6 см**
Партія №: 201709
Кількість: 300 000 штук

Цим підтверджується, що вищезазначені товари були простерилізовані оксидом етилену перед відправкою.

Продукція пластир бактерицидний IGAR, яка пройшла процес стерилізації, є стерильною та безпечною для тканин людини.

Жовтень 2017

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

| | |
|-----------------------|---|
| Найменування продукту | Пластир бактерицидний торгової марки IGAR тип Еластик (на еластичній полімерній основі) 1,9 x 7,2 см; 2,5 x 7,6 см |
| Партія № | 201709 |
| Дата виготовлення | 09-2017 |
| Термін придатності | 09-2020 |

| Аспект перевірки | Технічні вимоги | Результат |
|------------------|---|------------|
| Зовнішній вигляд | 1. Поверхня повинна бути чистою, без залишків пасти на зворотній стороні 2. Захисний папір повинен бути рівним, без олії, абсорбуюча подушечка повинна знаходитись в центрі. | відповідає |

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| Розмір | 1. Відхилення по довжині: $\pm 2,0$ мм. 2. Відхилення по ширині: $\pm 1,0$ мм. | відповідає |
| Інтенсивність відриву | Не менше 2,0 Н/см | 4,6 Н/см |
| Підкладка | Не менше ніж 100 г/м ² | відповідає |
| Кількість клейкої речовини | Вміст клейкої маси не менше 120 г/м ² | 128 г/м ² |
| Еластичність | При відриванні гнучкого бактерицидного пластиру збільшення по довжині не повинно перевищувати 5%. | відповідає |
| Рівень абсорбції | Вага абсорбуючої подушечки повинна збільшитись в 6 разів після тестування. | 8 разів |
| Перевірка стерильності | Бактерицидний пластир повинен бути стерильним | стерильний |
| Залишки епоксидного етану | Залишки не повинні перевищувати 10 мг/г | 0,17 мг/г |
| Пакування | 1. Пакування повинно бути охайним, неушкодженим. Зміст етикетки має бути чітко зрозумілим. 2. Кількість, зазначена на упаковці, повинна співпадати з реальною кількістю. 3. Штамп повинен бути чітким з номером | відповідає |

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо пластирів бактерицидних торгової марки IGAR. Система управління якістю компанії Changzhou Major Medical Products Co., Ltd. для виробництва пластирів бактерицидних торгової марки IGAR відповідає вимогам стандарту ISO 13485:2012+AC:2012.

Декларація № 18-03/2016-IGAR від 20 березня 2017 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



(Handwritten signature)