

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Жовтень 2017

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,

Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластир медичний RiverPlast торгової марки «IGAR»**

Тип: **Класичний (на бавовняній основі)**

Розмір:

1 x 500 см	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
------------	------------	------------	------------

Партія №: 201709

Кількість: 186 300 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2012+AC:2012 та є відповідно кваліфікованою.

Жовтень 2017

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Пластир медичний RiverPlast торгової марки «IGAR»**

Тип: **Класичний (на бавовняній основі)**

Розмір:

1 x 500 см	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
------------	------------	------------	------------

Партія №: 201709

Виготовлено: 09.2017

Термін придатності: 09.2022

Аспект перевірки	Технічні вимоги	Результат перевірки
Зовнішній вигляд	1. Стрічка повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнута.	Відповідає
Розмір	1. Якщо ширина менша ніж 5 см, відхилення повинно бути $\pm 1,5$ мм. Якщо ширина більша ніж 5 см, відхилення повинно бути $\pm 2,5$ мм. 2. Відхилення по довжині $\pm 1\%$ .	Відповідає
Захлест	Якщо довжина менша ніж 3 м, на стрічці захлест відсутній. Якщо довжина більша ніж 3 м, захлест не повинен перевищувати один.	Відповідає
Кількість клейкої речовини (для класичного)	Не менш ніж 10%	26%
Довжина на 10 см	Не менш ніж 280	314
Утокова нитка на 10 см	Не менш ніж 265	283
Вміст клейкої речовини (нетканый, поліетилен)	Не менш ніж 115 г/м <sup>2</sup>	118 г/м <sup>2</sup>
Інтенсивність відриву	Не менш ніж 1,0 Н/см	2,6 Н/см
Тривалість клейкості	Менш ніж 2,5 мм.	Менш ніж 2,5 мм
Упакування	1. Упаковка повинна бути чистою та прозорою. 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною. Внутрішня упаковка повинна відповідати зовнішній упаковці. 3. Упаковка має бути ретельно запечатаною.	Відповідає

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластирів RiverPlast торгової марки «IGAR». Система управління якістю компанії Changzhou Major Medical Products Co., Ltd для виробництва медичних пластирів торгової марки «IGAR» відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2012+AC:2012.

Декларація № 7-08/2016-IGAR від 17 серпня 2016 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

