

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробництво: LATEXX PARTNERS BERHAD, Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia для Semperit Investments Asia Pte Ltd 8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin2 нестерильні неприпудрені						
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін2 (Sempercure Nitrile Skin2) (10x200) (EU)-NOF-035VB-N-3CZ		Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
Нітрилові оглядові рукавички		XS	2017-09	L017583 1709	08-2020	
Специфікація рукавичок: US- NOF-035VB-N-3CZ		S	2017-09	L017584 1709	08-2020	
Дата поставки: 17/12/2017, Одеса		M	2017-09	L017585 1709	08-2020	
		L	2017-09	L017586 1709	08-2020	
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	300 000	1 800 000	2 600 000	760 000		5 460 000
А) тест на надування повітрям (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	1 050	945	1 575	630		4 200
Кількість дефектних рукавичок	5	11	23	8		47
Відповідність:	так	так	так	так		
Б) Візуальне оцінення рукавичок	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	900	600	1 000	400		2 900
Кількість дефектних рукавичок	1	9	27	12		49
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Кількісний перерахунок рукавичок в груповій упаковці						
Середня кількість рукавичок у груповій упаковці, шт	199	200	200	201		
Відповідність:	так	так	так	так		

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Ширина: середнє значення, мм	75	86	97	107		
Довжина, середнє значення, мм	241	244	247	249		

Д) Товщина рукавичок, мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0,09	0,05	0,05	0,05		
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0,06	0,06	0,06	0,06		
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0,08	0,08	0,09	0,09		

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Дата: 09.11.2017

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 09.11.2017

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - LATEXX PARTNERS BERHAD.

Декларація № 4-04/2016 від 20.09.2017 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

