

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Макстер Глав Манюфекчурінг СДН. БХД. (Maxter Glove Manufacturing SDN. BHD.)

Торгова марка: IGAR
Тип рукавички: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені
торгової марки IGAR

Дата виготовлення: 12.2017
Термін придатності: 12.2022
Дата аналізу: 19.12.2017
Довідниковий стандарт: EN 455-1, 2 та 3

Розмір	Кількість (Коробів)	Кількість (Штук)	Партія №
XS	240	240 000	8745060588
S	1 370	1 370 000	B746134011
M	2 200	2 200 000	B746234025
L	500	500 000	B746334047
Всього	4 310	4 310 000	

1. Випробування на герметичність

Рівень перевірки: G1
AQL 1.5

Розмір	Кількість зразків (шт.)	Допуск (шт.)	Дефекти (шт.)	Результат
XS	315	10	5	відповідає
S	500	14	8	відповідає
M	500	14	6	відповідає
L	315	10	2	відповідає

2. Розміри (згідно з EN 455-2)

Розмір вибірки: 13 шт/розмір
Допущення: середнє отримане значення повинне
відповідати вимогам EN 455-2
Знайдено дефектів: 0
Результат: відповідає

Вимоги EN 455-2:

Довжина:
мін. 240 мм (всі розміри)

Ширина:
XS: 70-79 мм
S: 80-89 мм
M: 90-99 мм
L: 100-109 мм
XL: 110-119 мм

Середнє значення

Розмір	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Товщина (одна стінка) (мм)		
			Палець	Долоня	Манжета
XS	244	76	0.12	0.05	0.05
S	246	86	0.11	0.05	0.05
M	248	95	0.12	0.05	0.05
L	245	104	0.11	0.05	0.05

3. Зусилля на розрив та випробування на розтягування до та після прискороного старіння

Розмір вибірки: 13 шт/розмір

Знайдено дефектів: 0

Результат: відповідає

Розмір	Середнє значення	
	До прискороного старіння	Після прискороного старіння
	Зусилля при розриві (Н) (мін 6 Н)	Зусилля при розриві (Н) (мін 6 Н)
XS	6.6	6.0
S	6.7	6.3
M	6.5	6.1
L	6.7	6.2

4. Випробування на вміст протеїнів (згідно з EN 455-3)

Вимоги: максимум 50 мкг/г

Розмір	Партія №	Вміст протеїнів мкг/г	Результат
XS	8745060588	Н.Д.	Н.Д.
S	B746134011	Н.Д.	Н.Д.
M	B746234025	Н.Д.	Н.Д.
L	B746334047	Н.Д.	Н.Д.

ВИСНОВОК: Замовлення G/8907M відповідає вимогам стандарту EN 455, як слідує з наведених вище результатів перевірки випадково відібраних зразків.

Даний документ є повним і точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Maxter Glove Manufacturing SDN. BHD. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.