

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin² нестерильні неприпудрені						
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін² (Sempercure Nitrile Skin²) (10x200) (EU)-NOF-035VB-N-3BZ		Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
Нітрилові оглядові рукавички		XS	2018-01	2018-01 L11 0001	12-2020	
Специфікація рукавичок: US- NOF-035VB-N-3BZ		S	2018-01	2018-01 L11 0002	12-2020	
Дата поставки: 28/02/2018, Одеса		M	2018-01	2018-01 L11 0003	12-2020	
		L	2018-01	2018-01 L11 0004	12-2020	
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	330 000	1 640 000	2 570 000	920 000		5 460 000
А)тест на надування повітрям (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	315	945	1 575	630		3 465
Кількість дефектних рукавичок	1	6	19	1		27
Відповідність:	так	так	так	так		
Б) Візуальне оцінення рукавичок	Рівень перевірки:G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	315	600	1 000	400		2 315
Кількість дефектних рукавичок	3	18	9	8		38
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Кількісний перерахунок рукавичок в груповій упаковці						
Середня кількість рукавичок у груповій упаковці, шт	199	200	200	201		

Відповідність:	так	так	так	так		
----------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Ширина: середнє значення, мм	75	85	95	104		
	77	88	99	108		
Довжина, середнє значення, мм	243	249	249	245		

Д) Товщина рукавичок, мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.05	0.05	0.05	0.05		
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.07	0.06	0.06	0.06		
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.09	0.08	0.08	0.09		

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Дата: 17.10.2017

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 17.10.2017

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація № 4-04/2016 від 20.09.2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.