

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.03.2018

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercure Edition нестерильні неприпудрені					
Продукт: Семперкеар Едішн (Sempercure Edition) UKR NR Латексні оглядові рукавички Специфікація рукавичок: LCF-050NA-N-3EZ Дата поставки: 28/02/2018 Контракт №: L5917	Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	S	2018-02	L140002	0001-1404	01-2021
	M	2018-01	L140003	0001-1620	12-2020
	L	2018-01	L140004	0001-0150	12-2020

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Маленький	Середній	Великий
Кількість рукавичок	1 404	1 620	150
1. Розміри в мм			
Ширина долоні в мм:			
- вимоги	85±5	95±5	106±5
- мін	85	95	106
- макс	88	98	107
- результат	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Довжина долоні в мм: вимоги			
- середнє значення	240	240	240
- результат	245	244	246
	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Товщина стінки в області манжети, мм: вимоги			
- мін	0.06	0.06	0.06
- результат	0.07	0.06	0.06
	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Товщина стінки в області долоні, мм			
- мін	0.08	0.08	0.08
- результат	0.09	0.08	0.09
	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Товщина стінки в області пальців, мм			
- мін	0.10	0.10	0.10
- результат	0.11	0.10	0.13
	Відповідає	Відповідає	Відповідає
2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд			
Бар'єрні властивості	G1 AQL 4.0	Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 6.5	Відповідає	

Фізичні властивості				Висновок:
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 18 МПа	22.1	23.3	23.1	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 14 МПа	21.4	21.5	22.3	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 650%	720	700	720	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 500%	680	680	680	відповідає
Сила на розрив (до старіння) N, середнє значення 6 N	6.7	7.2	6.9	відповідає
Сила на розрив (після старіння) N, середнє значення 6 N	6.3	6.6	6.8	відповідає
Залишки пудри (вимоги: ≤ 2 мг)	0.14	0.12	0.14	відповідає
Вміст білку (вимоги: ≤ 50 мг/г) згідно з: 1) ASTM D 3578 2) EN 455:3	46	35	43	відповідає

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок відділу контролю якості: продукт відповідає вимогам
Затверджено /підпис/ Дата: 09.03.2018
(Керівник відділу контролю якості)

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd**. Декларація № 04-04/2016 від 20.09.2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.