

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

30 травня 2018

**Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

**Місце виробництва (Виробничі потужності):** Danyang Jinjing Hygiene Products Co., Ltd.

New Century Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пелюшки гігієнічні поглинаючі торгової марки IGAR**

Розмір:

90 x 60 см	60 x 60 см	40 x 60 см
------------	------------	------------

Партія №: 201801

Кількість: 130 800 штук

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою.

Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам директиви 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів та стандарту EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

30 травня 2018

Продукція: **Пелюшки гігієнічні поглинаючі торгової марки IGAR**

Розмір:

90 x 60 см	60 x 60 см	40 x 60 см
------------	------------	------------

Партія №: 201801

Кількість: 130 800 штук

Вироблено: 2018.05

Термін придатності: 2021.05

Аспект перевірки	Технічні вимоги	Результати перевірки	Висновок
Зовнішній вигляд	Чиста, гладенька поверхня, без забруднень	Охайні та чисті	Відповідає
Запах	Відсутність запаху	Немає запаху	Відповідає
Довжина	$\leq \pm 10$	+0.3,-0.2	Відповідає
Ширина	$\leq \pm 10$	+1.1,-1.3	Відповідає
Загальна кількість бактеріальних колоній	$\leq 100$	Не виявлено	Відповідає
Герметичність упаковки	Герметично запакована упаковка	Без порушень і протікань	Відповідає

## Технічні вимоги

Технічні вимоги	90 x 60 см	60 x 60 см	40 x 60 см
Вага	80г $\pm$ 3 г/шт	53г $\pm$ 3 г/шт	42г $\pm$ 2 г/шт

Розмір поглинаючої поверхні	800x520(мм)	520x520(мм)	520x390(мм)
Поглиняюча здатність	≥1400	≥900	≥500
Вага суперабсорбенту	4.6 г	3.8 г	3.0 г
Кількість шарів	6	6	6
- 1-й шар	нетканий матеріал (блакитного кольору)		
- 2-й, 5-й шар	паперовий матеріал		
- 3-й шар	целюлозна вата		
- 4-й шар	суперабсорбент		
- 6-й шар	поліетиленова мембрана		

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 26-12/2017-IGAR від 04 грудня 2017 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.