

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Квітень 2016

Виробник: Хуаян Тіанда Медікал Інструментс Ко., Лтд.
(Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.)

Продукція: **Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки «IGAR»**

Партія №: 201601
Кількість: 1 000 000 штук

Цим підтверджується, що для даної партії вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що дана партія продукції після нашої перевірки зразків, що були відібрані шляхом випадкової вибірки, відповідає положенням стандарту ISO 13485:2003 та ISO 9001:2000 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Квітень 2016

Виробник: Хуаян Тіанда Медікал Інструментс Ко., Лтд.
(Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.)

Продукція: **Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки «IGAR»**

Партія №: 201601
Кількість: 1 000 000 штук

Цим підтверджується, що вказану партію продукції було простерилізовано гама-опроміненням перед відправкою.

Ми гарантуємо, що скарифікатори, які пройшли стерилізаційний процес, є стерильним та безпечним для тканин людини

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Квітень 2016

Продукція: **Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки «IGAR»**

Партія №: 201601
Дата виготовлення: 04.2016

Кількість: 1 000 000 штук
Термін придатності: 04.2021

Пункт перевірки	Вимоги стандартів	Результати
Матеріал	Нержавіюча сталь 1Cr17	Відповідає
Поверхня	Має бути гладенькою, без плям, вм'ятин та патьоків	Відповідає
Твердість	$\geq 240 \text{ HV}_{0.3}$	Відповідає
Гострота	$\leq 0.8 \text{ N}$	Відповідає
Гладкість	$\leq 0.8 \text{ }\mu\text{м}$	Відповідає
Розмір	L: $40 \pm 1 \text{ мм}$;	Відповідає

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ISO 13485:2003.

Даний документ є повним і точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd. . Свідоцтво про державну реєстрацію № 10510/2011 від 11 травня 2011 р.

