

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2017

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)

Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**

Розмір:

6-7	7-8	8-9
-----	-----	-----

Партія №: 201702E

Кількість: 900 000 пар

Цим підтверджується, що для вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відвантаженням та видається Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки випадково відібраних зразків, партія продукції відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2012 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Березень 2017

Виробник: Анхуї Хаоджі Пластик & Раббер Продактс Ко., Лтд.
(Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd)

Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**

Розмір:

6-7	7-8	8-9
-----	-----	-----

Партія №: 201702E

Кількість: 900 000 пар

Стерилізація дійсна до: 03. 2020

Метод стерилізації:

Цим підтверджується, що рукавички оглядові було простерилізовано гамма випромінюванням. Після стерилізації живих мікроорганізмів немає, відповідність ISO TC198 (1994) підтверджено згідно з «Адміністративним методом управління антисептикою» МОЗ.

Товар стерилізовано гамма випромінюванням.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Березень 2017

Продукція: **Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки «IGAR»**

Партія №: 201702E

Кількість: 900 000 пар

Дата виготовлення: 03.2017

Термін придатності: 03.2020

Цим підтверджується, що згідно зі стандартом ASTM D 3578 випадково відібрані зразки вказаної вище продукції були перевірені, результати наведені нижче:

1. Якість:

1) Специфікація (мм): 13 пар зразків

Розмір:	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)
Довжина (мін,мм):	240	240	240

Ширина (мін,мм):	80-85	88-90	103-110
Товщина (мм):	0.1		
Вага (грам):	4.9	5.2	5.9

2) Перевірка водонепроникності: 32 пари зразків; протікання не виявлено.

3) Фізичні властивості (мм): 13 пар зразків

	До старіння	Після старіння
Міцність при розтягуванні (МПа)	7.0	6.0
Максимальне розтягування (%)	650	500

2. Пакування: упаковано в транспортні коробки та у доброму стані.

Висновок: Якість вказаної вище продукції відповідає вимогам ASTM D 3578

Даний документ є повним и точним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd. Свідectво про державну реєстрацію № 13876/2014 від 5 травня 2014 р. (термін дії свідectва – необмежений).

