

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Липень 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd.,
Group 16, Sannan Village, Sanhe Town, Haimen, Nantong, Jiangsu, P.R. China

Продукція: **Контейнер для забору сечі стерильний торгової марки IGAR, 120 мл**

Партія № : 201804

Кількість: 42 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів повинна проводитись перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, ця партія товарів відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Липень 2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Haimen Shengbang Laboratory Equipment Co., Ltd.,
Group 16, Sannan Village, Sanhe Town, Haimen, Nantong, Jiangsu, P.R. China

Продукція: **Контейнер для забору сечі стерильний торгової марки IGAR, 120 мл**

Партія № : 201804

Кількість: 42 000 штук

Цим підтверджується, що вказаний вище товар було простерилізовано газом епоксидного етану перед відправкою.

Ми гарантуємо, що контейнери для забору сечі торгової марки IGAR, які пройшли процес стерилізації, є стерильними та безпечними для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Липень 2018

Продукція: **Контейнер для забору сечі стерильний торгової марки IGAR, 120 мл**

Партія № : 201804

Виготовлено: 2018.06

Кількість в партії: 42 000 штук

Термін придатності: 2021.06

Пункт перевірки	Технічні вимоги	Результати перевірки
Стерилізація	Стерильне. Немає росту бактерій.	відповідає
Зовнішній вигляд	А) Глянцеві та чисті Б) Немає хроматизму В) Немає стовщених країв	відповідає

	Г) Немає темних плям Д) Без подряпин.	
Герметичність контейнеру	Протікання немає	відповідає
Залишкові речовини	Після 8-15 діб повністю зникають. Залишкових речовин немає.	відповідає
Перевірка об'єму	$\pm 10\%$ номінального об'єму	відповідає
Упакування	Друк чіткий та правильний, у відповідності до вимог, немає ушкоджень, олійних плям та бруду на упакованні.	відповідає

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандартів ISO 9001:2008 щодо систем контролю якості.

Декларація № 15-12/2016-IGAR від 15 січня 2018 року (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.