

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

20.07.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору Специфікація рукавичок: NOM-15FE Дата поставки: 12/07/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:		
	S	201807	3678	0001-0365	2021.07	
	M	201807	3678	0001-0703	2021.07	
	L	201807	3678	0001-0981	2021.07	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
		730	2 220	1 962		4 912
А. Тест на перевірку якості (згідно з ASTM D5151)	Рівень перевірки G 1, AQL 2.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		320	960	1 200		2 480
Кількість бракованих рукавичок		1	2	15		18
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)		1	1	8		10
Усього дефектів (А+Б)		2	3	23		28
Відповідність:		так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		320	880	800		2 000
Кількість бракованих рукавичок		0	1	0		1
Відповідність:		так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 12.07.2018

Г. Розміри в мм	згідно ASTM D6319		n=13 шт./розмір			
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм		86	98	109		
		80	95	110		

Довжина (мм) мін. 230 мм (для розміру XS, S мін. 220 мм)		240	240	241		
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.05 мм		0.09	0.09	0.09		
- в області долоні, мм, мінімум 0.05 мм		0.07	0.07	0.07		
Д1. Фізичні властивості	згідно з ASTM D 412/ ASTM D 573 (рівень перевірки S 2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 14 МПа мінімум		37	35	32		
Видовження в %, до старіння 500%		533	511	503		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум		35	31	31		
Видовження в %, після старіння 400%		471	467	494		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 20.07.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 20.07.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.