

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

20.08.2018

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): **Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.,**
110-111, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122 015, India

Продукція: Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН з ін'єкційним портом та крильцями торгової марки IGAR,
запечатаний в блістерне упакування, зберігати в прохолодному та сухому місці.

Деталі зразків:

№	Найменування продукту	Партія №	Дата виготовлення	Термін придатності	Кількість зразків
1	Катетер внутрішньовенний 18G	80465/0363	07-2018	06-2023	50 шт.
2	Катетер внутрішньовенний 18G	80465/0366	07-2018	06-2023	50 шт.
3	Катетер внутрішньовенний 20G	80521/0411	08-2018	07-2023	50 шт.
4	Катетер внутрішньовенний 20G	80521/0412	08-2018	07-2023	50 шт.
5	Катетер внутрішньовенний 22G	80453/0352	07-2018	06-2023	50 шт.
6	Катетер внутрішньовенний 22G	80453/0353	07-2018	06-2023	50 шт.
7	Катетер внутрішньовенний 22G	80453/0359	07-2018	06-2023	50 шт.
8	Катетер внутрішньовенний 22G	80463/0360	07-2018	06-2023	50 шт.
9	Катетер внутрішньовенний 22G	80463/0366	07-2018	06-2023	50 шт.
10	Катетер внутрішньовенний 24G	80420/0313	07-2018	06-2023	50 шт.
11	Катетер внутрішньовенний 24G	80420/0320	07-2018	06-2023	50 шт.

Продукція: Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН без ін'єкційного порту та з маленькими крильцями торгової марки IGAR,
запечатаний в блістерне упакування, зберігати в прохолодному та сухому місці.

№	Найменування продукту	Партія №	Дата виготовлення	Термін придатності	Кількість зразків
1	Катетер внутрішньовенний 26G	80510/0404	07-2018	06-2023	50 шт.

Результати випробування:

Опис: катетер внутрішньовенний
Бактеріальний ендотоксин: менш ніж 20 ЕО/виріб
Фізико-хімічне випробування: відповідає USP-40
*Фізичне випробування: відповідає EN ISO 10555-1 та 5, EN 20594-1 та ISO594-2
*Фізичне випробування виконується згідно з нашою стандартною розробкою вимірів.

1. Цим підтверджується, що вказані вище партії стерильні, апірогенні.
2. Всі перевірені зразки було взято з тільки що виготовленої продукції.
3. На думку того, хто підписався нижче, вказані вище зразки стандартної якості.

Декларація №25-10/2017-IGAR від 03 жовтня 2017 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.