

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

04.10.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору Дата поставки: 03/10/2019 Контракт №: IGR011/19		Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
		S	201909	4974	0001-0350	2022.09
		M	201909	4974	0001-1650	2022.09
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок		700 000	3 300 000			4 000 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		290	1490			1780
Кількість дефектних рукавичок		0	1			1
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		0	1			1
Всього дефектів (А+Б)		0	2			2
Відповідність:		так	так			
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		680	1810			2490
Кількість бракованих рукавичок		33	38			71
		так	так			
Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/специфікація ±10мм		86 80	97 95			
Довжина, мм – середнє значення 240мм		241	242			
Товщина стінки						

- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.09	0.09			
- долоня, мм, мінімум 0.05мм		0.07	0.07			
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319 (рівень перевірки S2 AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		30	33			
Видовження в %, до старіння 500%		521	521			
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		26	29			
Видовження в %, після старіння 400%		469	481			
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри Спец.: ≤ 10 мг/дм ² залишки пудри Спец.: ≤ 2.0 мг/рукавичка		0.7	0.6			
Згідно з ASTM D 6124						

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню на пальцях
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.