

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

18.11.2019

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору Дата поставки: 09/11/2019 Контракт №: IGR014/19		Розмір :		Дата виготовлення:		Серія:
						Термін придатності:
		XS	201911	6665	0001-0100	2022.11
		S	201911	6665	0001-0150	2022.11
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	200 000	300 000				500 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	260				340
Кількість дефектних рукавичок	0	2				2
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	0	2				2
Всього дефектів (А+Б)	0	4				4
Відповідність:	так	так				
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	80	130				210
Кількість бракованих рукавичок	0	0				0
	так	так				

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 18.11.2019

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)				
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм	78	86			
	70	80			
Довжина, мм – середнє	239	240			

значення 240мм						
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм	0.09	0.09				
- долоня, мм, мінімум 0.05мм	0.08	0.07				
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D412/ D 573 Рівень перевірки: S2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум	30	30				
Видовження в %, до старіння 500%	517	508				
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	31	30				
Видовження в %, після старіння 400%	461	469				

**Рукавички мають валик на манжеті.
Рукавички хлоровані.
Мають текстуровану поверхню на пальцях
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Загальний висновок лабораторії:
відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 18.11.2019

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 18.11.2019

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



(Handwritten signature)

Биков В.Г.