

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Січень 2020

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,

Hexi Weiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластик бактерицидний торгової марки IGAR**

Тип: **Дитячий (на поліетиленовій основі з малюнками) 1,9 x 5,5 см**

Партія №: 202002

Кількість: 300 000 штук

Цим підтверджується, що для вищезазначених товарів була проведена перевірка перед відправкою та виданий сертифікат аналізу, що підтверджує якість продукції.

Ми підтверджуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам стандарту EN ISO13485 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Січень 2020

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,

Hexi Weiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластик бактерицидний торгової марки IGAR**

Тип: **Дитячий (на поліетиленовій основі з малюнками) 1,9 x 5,5 см**

Партія №: 202002

Кількість: 300 000 штук

Цим підтверджується, що вищезазначені товари були простерилізовані оксидом етилену перед відправкою.

Продукція пластик бактерицидний торгової марки IGAR, яка пройшла процес стерилізації, є стерильною та безпечною для тканин людини.

Січень 2020

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту	<b>Пластик бактерицидний торгової марки IGAR тип Дитячий (на поліетиленовій основі з малюнками) 1,9 x 5,5 см</b>
Партія №	202002
Дата виготовлення	2019.12
Термін придатності	2024.12

Аспект перевірки	Технічні вимоги	Результат
Зовнішній вигляд	1. Поверхня повинна бути чистою, без залишків пасти на зворотній стороні	відповідає

		2. Захисний папір повинен бути рівним, без олії, абсорбуюча подушечка повинна знаходитись в центрі.	
Розмір		1. Відхилення по довжині: $\pm 2.0$ мм. 2. Відхилення по ширині: $\pm 1.0$ мм.	відповідає
Матеріал основи	Склад	Поліетилен	відповідає
	Вага	Не менше $50 \text{ г/м}^2$	$70 \pm 3 \text{ г/м}^2$
	Товщина	Не менше $0.05$ мм	$0.08 \pm 0.01$
Клейка речовина	Тип	Акриловий клей	відповідає
	Вміст клейкої речовини	Не менше $25 \text{ г/м}^2$	$34 \text{ г/м}^2$
Еластичність		При розтягуванні бактерицидного пластиру, збільшення по довжині не повинно перевищувати 5%	відповідає
Поглинаюча подушечка	Неклейкий шар	Поліетилен	відповідає
	Поглинаючий шар	Терилен, віскоза	відповідає
	Вага	Не менш ніж $80 \text{ г/м}^2$	$110 \text{ г/м}^2 \pm 7$
	Рівень поглинання	Вага поглинаючої подушечки повинна збільшитись в 6 разів після тестування	6.2 разів
Підкладний папір (пергамін)		Не менше $45 \text{ г/м}^2$	$65 \text{ г/м}^2$
Інтенсивність відриву		Не нижче $1.0 \text{ Н/см}$	$5.1 \text{ Н/см}$
Перевірка стерильності		Бактерицидний пластир повинен бути стерильним	стерильний
Залишки епоксидного етану		Залишки не повинні перевищувати $10 \text{ мкг/г}$ .	$7 \text{ мкг/г}$
Пакування		1. Пакування повинно бути охайним, неушкодженим. Зміст етикетки має бути чітко зрозумілим. 2. Кількість, зазначена на упаковці, повинна співпадати з реальною кількістю. 3. Штамп повинен бути чітким з номером	відповідає

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо пластирів бактерицидних торгової марки IGAR. Система управління якістю компанії Changzhou Major Medical Products Co., Ltd. для виробництва пластирів бактерицидних торгової марки IGAR відповідає вимогам стандарту EN ISO13485:2016.

Декларація №18-03/2016-IGAR від 21 червня 2019 року (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.