

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

30 Березня 2020

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): SUZHOU SUNING UNDERPAD CO., LTD.,

№ 70, Yong An Road Xuguan, New District, 215151 Suzhou, People's Republic of China

Продукція: Підгузки для дорослих торгової марки IGAR

Розмір:

| | | |
|---|---|----|
| M | L | XL |
|---|---|----|

Партія №: 202001

Кількість: 72 240 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам директиви 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів та стандарту EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

30 Березня 2020

Продукція: Підгузки для дорослих торгової марки IGAR

Розмір:

| | | |
|---|---|----|
| M | L | XL |
|---|---|----|

Партія №: 202001

Кількість: 72 240 штук

Вироблено: 2020.02

Термін придатності: 2025.02

| Аспект перевірки | Технічні вимоги | Результати перевірки | Висновок |
|--|---|-------------------------|----------------|
| Зовнішній вигляд | Чиста, гладенька поверхня, без забруднень | Охайні та чисті | Відповідає |
| Запах | Відсутність запаху | Немає запаху | Відповідає |
| Колір | Рівний колір, без надмірної пігментації | Так | Відповідає |
| Вага | Розмір: M | 80 ± 3 г | 81 г |
| | Розмір: L | 100 ± 3 г | 101 г |
| | Розмір: XL | 110 ± 3 г | 112 г |
| Розмір виробу (ширина/довжина) | Розмір: M | 65 (±) 2 × 80 (±) 2 см | 65.2 × 80.4 см |
| | Розмір: L | 75 (±) 2 × 90 (±) 2 см | 75 × 90.1 см |
| | Розмір: XL | 84 (±) 2 × 103 (±) 2 см | 84 × 103 см |
| Виготовлені за безшовною технологією | Термоклей | Так | Відповідає |
| Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки по 2 штуки з кожної сторони | Приклеюються на відповідну ділянку | Так | Відповідає |
| Приклеювання | Взбитий клей | Так | Відповідає |
| Матеріал з якого виготовлений зовнішній шар виробу | SS (спандонд) | Так | Відповідає |
| Матеріал поглинаючої подушечки | комбінований з суперабсорбентом | | Відповідає |
| Наявність 2-го шару | SAP | так | Відповідає |

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| суперабсорбенту | | | | |
| Вага суперабсорбенту | Розмір: M | 8 г | 8 г | Відповідає |
| | Розмір: L | 10 г | 10 г | |
| | Розмір: XL | 11 г | 11 г | |
| Наявність додаткового поглинає шару | Так | | | Відповідає |
| Поглинаюча здатність | Розмір: M | ≥ 3000 мл | 3050 мл | Відповідає |
| | Розмір: L | ≥ 3500 мл | 3686 мл | |
| | Розмір: XL | ≥ 3800 мл | 3890 мл | |
| Обхват талії | Розмір: M | 75-115 см | 75-115 см | Відповідає |
| | Розмір: L | 100-139 см | 100-139 см | |
| | Розмір: XL | 127-165 см | 127-165 см | |
| Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча» | так | | Відповідає | |
| Наявність широкого еластичного поясу | так | | Відповідає | |
| Наявність індикатору вологості/наповнення | так | | Відповідає | |
| Наявність ароматизаторів | немає | | Відповідає | |
| Герметичність упаковки | Герметично запакована упаковка | | Без порушень і протікань | Відповідає |

Підгузки мають м'який еластичний край.

Щільне прилягання підгузка до тіла.

Нейтралізацію неприємного запаху.

Не містять латексу.

Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №35-07/2019-IGAR від "05" липня 2019 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.