

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

29.02.2020

Виробник: **Dipped Products (Thailand) Ltd.**,
82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand

Серії: Для розміру S (6-7): 02-2020 B005554
Для розміру M (7-8): 02-2020 C005554
Для розміру L (8-9): 02-2020 D005554
Для розміру XL (9-10): 02-2020 E005554
Дата виготовлення: 02-2020
Дата закінчення терміну придатності: 01-2025

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		73	372	418	54	-	917
Кількість рукавичок		36 500	186 000	209 000	27 000		458 500
Тест на водонепроникність		25	128	144	18	-	315
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		25	128	144	18	-	315
Для кожного розміру		13	13	13	13	-	52
Пакування	Транспортна/пакети	2	13	14	2	-	31
	Групова/ внутрішнє пакування	2	13	14	2	-	31
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 10		Кількість відхилення: 11	
	S	M	L	XL	XXL	Всього
Дефекти						
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	2	0	5	0	-	7
Всього	2	0	5	0	-	7

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні						
ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
	S	M	L	XL	XXL	Всього
Дефекти						
Пошкоджена поверхня	0	0	1	0	-	1
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0

Чужорідні частинки	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	1	1	-	3
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	0	0	0	-	0
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	1	0	-	1
Подвійно занурені	0	0	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	0	0	1	0	-	1
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	0	-	0
Всього	0	1	4	1	-	6

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнята кількість: 01	Кількість відхилення: 02

Опис (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами	
S	Товщина на (мм)	Пальці	0.34	0.35	0.33	0.35	0.35	0.33	0.36	0.34	0.33	0.35	0.35	0.34	0.33	00
		Долоня	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31
	Ширина долоні	84	85	84	85	85	84	84	84	85	83	85	84	84	85	00
	Довжина Мін.: 297/Макс.:305	298	300	297	300	300	303	302	305	301	305	303	299	303	303	00
M	Товщина на (мм)	Пальці	0.33	0.34	0.34	0.35	0.33	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	00
		Долоня	0.31	0.32	0.31	0.33	0.31	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.31	0.32	0.31	00
	Ширина долоні	96	95	96	97	94	94	96	94	96	95	95	95	96	96	00
	Довжина Мін.: 296/Макс.:303	299	299	303	296	302	300	300	303	296	300	297	296	296	300	00
L	Товщина на (мм)	Пальці	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	00
		Долоня	0.33	0.34	0.31	0.34	0.32	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	00
	Ширина долоні	105	107	109	108	106	107	108	107	108	106	107	107	107	107	00
	Довжина Мін.: 296/Макс.:306	296	296	305	305	300	300	296	306	300	297	301	300	299	299	00
XL	Товщина на (мм)	Пальці	0.34	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.36	0.36	0.33	0.35	0.33	0.34	0.35	00
		Долоня	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.31	0.32	0.33	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	00
	Ширина долоні	115	115	113	115	114	114	114	115	115	114	115	115	115	115	00
	Довжина Мін.: 296/Макс.:300	296	297	296	298	297	300	299	296	300	300	296	300	297	297	00
XLL	Товщина на (мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ширина долоні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Довжина Мін.: -/Макс.: -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 19 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 29.02.2020

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції **Dipped Products (Thailand) Ltd.**, Декларація №36-02/2020 від "27" лютого 2020 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.