

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

22.08.2020

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору Дата поставки: 14/08/2020 Контракт №: IGR017/20	Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:		
	S	202008	3505	0001-0210	2023.08	
	M	202008	3505	0001-0400	2023.08	
	L	202008	3505	0001-0310	2023.08	
Розбив за розмірами	Екстра- маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра- великий	Всього
Кількість рукавичок		420 000	800 000	620 000		1 840 000
А) якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL1.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		160	640	320		1120
Кількість дефектних рукавичок		0	10	2		12
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		0	1	1		2
Всього дефектів (А+Б)		0	11	3		14
Відповідність:		так	так	так		
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		160	480	240		880
Кількість бракованих рукавичок		0	8	0		8
		так	так	так		
Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319 (n=13 шт/розмір)					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10мм		86	99	110		
		80	95	110		
Довжина, мм – середнє значення 240мм		242	242	244		

Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.10	0.10	0.10		
- долоня, мм, мінімум 0.05мм		0.07	0.07	0.07		
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319 (рівень перевірки S2 AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		41	41	43		
Видовження в %, до старіння 500%		541	543	533		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		41	40	42		
Видовження в %, після старіння 400%		491	486	490		
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікат магнію)					
Залишки пудри Спец.: ≤ 10 мг/дм ² залишки пудри Спец.: ≤ 2.0 мг/рукавичка		0.5	0.4	0.5		
Згідно з ASTM D 6124						

Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню на пальцях.
Рукавички хлоровані.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 200 шт (100 пар).
Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.