

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

28 Серпня 2020

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,  
№ 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 202002

Кількість: 2 020 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

28 Серпня 2020

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 202002

Виготовлено: 2020.08

Кількість в партії: 2 020 000 штук

Термін придатності: 2025.08

Аспект	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: $\pm 0.5$ см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Маска має еластичні вушні петлі та фіксатор для носа.	відповідає
	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Середнє значення для 3 шарів не менше ніж $20 \text{ г/м}^2$ для маски медичної нетканої.	$24 \text{ г/м}^2$
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Виготовлення	Кількість стібків на 1 дюйм не менше ніж 9.	відповідає
	Шов повинен бути підрублений. Шви мають бути герметичними та не мають розходитись, кінцеві нитки не довше 1 см.	0.5 см
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №13-11/2016-IGAR від "21" червня 2019 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.