

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

27.11.2020

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Taiping, Perak, Malaysia

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів			
<b>Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> нестерильні неприпудрені синього кольору</b>					
<b>Продукт: Семперкеар Нітрил Скін<sup>2</sup> (Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup>) Нітрилові оглядові рукавички</b>		<b>Розмір:</b>	<b>Дата виготовлення:</b>	<b>Серія:</b>	<b>Термін придатності:</b>
		XS	2020.10	2020-10 L10 0001	2023.09
		S	2020.11	2020-11 L10 0002	2023.10
		M	2020.11	2020-11 L10 0003	2023.10
		L	2020.11	2020-11 L10 0004	2023.10
<b>Розбив за розмірами</b>	<b>Екстра-маленький</b>	<b>Маленький</b>	<b>Середній</b>	<b>Великий</b>	<b>Всього</b>
Кількість рукавичок (шт)	280 000	1 500 000	2 660 000	1 020 000	5 460 000

<b>1. Розміри в мм</b>	Згідно з ASTM D 6319, EN 455				
Ширина долоні: середнє значення, мм	75 78	84 89	93 99	104 109	відповідає
Довжина, середнє значення, мм	244	248	247	248	відповідає
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.05	0.05	0.05	0.05	відповідає
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.06	0.06	0.06	0.06	відповідає
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.08	0.08	0.08	0.07	відповідає
<b>2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд</b>					
Бар'єрні властивості	G1 AQL 1.5			Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 2.5			Відповідає	
<b>3. Фізичні властивості</b>					<b>Висновок:</b>
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 25 МПа	32.8	30,7	30.7	30.1	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 25 МПа	32.3	31.7	32.3	31.3	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%	600	600	580	600	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400%	520	500	520	520	відповідає
Сила на розрив (після випробування з	6.6	6.3	6.4	6.3	відповідає

навантаженням) N, середнє значення 6 N					
Залишки пудри (вимоги: ≤2 мг)	0.26	0.32	0.28	0.26	відповідає

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/  
(Спеціаліст відділу забезпечення  
якості)

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/  
(Керівник відділу забезпечення якості)

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Рукавички хлоровані.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація №4-04/2016 від "17" квітня 2020 року (редакція 5) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.