

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

25.05.2021

Виробник: **Dipped Products (Thailand) Ltd.,**

82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand

Серії: Для розміру S (6-7): 04-2021 B006385

Для розміру M (7-8): 04-2021 C006385

Для розміру L (8-9): 04-2021 D006385

Дата виготовлення: 04-2021

Дата закінчення терміну придатності: 04-2024

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра-великий (XL)	Екстра-Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		567	1 418	850	-	-	2 835
Кількість рукавичок (пар)		283 500	709 000	425 000	-	-	1 417 500
Тест на водонепроникність		100	250	150	-	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		100	250	150	-	-	500
Для кожного розміру		13	13	13	-	-	39
Пакування	Транспортна/пакети	11	27	16	-	-	54
	Групова/ внутрішнє пакування	11	27	16	-	-	54
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 10		Кількість відхилення: 11	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	-	-	0
Видимі отвори	0	0	0	-	-	0
Маленькі отвори	2	3	1	-	-	6
Всього	2	3	1	-	-	6

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні						
ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5		Прийнятна кількість: 21		Кількість відхилення: 22	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Пошкоджена поверхня	0	0	0	-	-	0
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	1	0	1	-	-	2
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	-	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	0	-	-	1

Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	0	0	-	-	0
Липкі зовні / Липкі рукавички	1	1	3	-	-	5
Подвійно занурені	0	0	0	-	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	1	0	1	-	-	2
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	-	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	-	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	-	-	0
Всього	3	2	5	-	-	10

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнятна кількість: 01	Кількість відхилень: 02

	Опис (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами	
	S	Товщина (мм)	Пальці	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.15	0.15		0.13
Долоня			0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	00
Ширина долоні		85	85	87	87	85	85	87	86	86	86	87	87	86	00		
Довжина		245	247	255	255	249	250	249	250	252	250	246	247	251	00		
M	Товщина (мм)	Пальці	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	00	
		Долоня	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	00
	Ширина долоні		97	95	96	96	96	97	98	96	97	98	97	95	96	00	
	Довжина		240	248	249	243	247	245	246	244	241	240	242	249	241	00	
L	Товщина (мм)	Пальці	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	00
		Долоня	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	00
	Ширина долоні		107	105	105	105	106	107	107	106	108	107	106	107	108	00	
	Довжина		249	245	245	247	243	245	241	246	244	247	249	247	241	00	
XL	Товщина (мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XLL	Товщина (мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Рукавички мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Рукавички мають текстуровану поверхню на кінчиках пальців.

Для одноразового використання.

Груповою упаковкою 100 шт (50 пар).

Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 25.05.2021

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції **Dipped Products (Thailand) Ltd.**, Декларація №5-05/2016 від "14" червня 2021 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.