

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

04.12.2021

**Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

10 Soi 10, Phetkasem Road, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
<b>Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору</b>						
<b>Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR</b>		<b>Розмір:</b>	<b>Дата виготовлення:</b>	<b>Серія:</b>	<b>Термін придатності:</b>	
<b>Дата поставки: 03/12/2021</b>		S	202111	7901	0001-500	2024.11
<b>Контракт №: IGR021/025</b>		M	202111	7901	0001-1400	2024.11
		L	202111	7901	0001-830	2024.11
<b>Розбив за розмірами</b>	<b>Екстра-маленький</b>	<b>Маленький</b>	<b>Середній</b>	<b>Великий</b>	<b>Екстра-великий</b>	<b>Всього</b>
Кількість рукавичок		1 200 000	2 600 000	1 660 000		5 460 000
<b>План вибірки</b>	Рівень перевірки G 1, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1					
<b>А. Бар'єрні властивості</b>						
Кількість перевірених рукавичок		945	2 205	1 260		4 410
Кількість дефектних рукавичок		9	19	5		33
<b>Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)</b>						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)		0	0	0		0
<b>В) Незначні дефекти</b>						
Рівень перевірки G 1, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок		945	2 205	1 260		4 410
Кількість бракованих рукавичок		0	0	0		0
		так	так	так		
<b>Г) Розміри в мм</b>						
Згідно з EN 455-2 / ASTM D 6319						
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10 мм		85 <b>80</b>	98 <b>95</b>	109 <b>110</b>		
Довжина, мм – середнє значення 240 мм		244	244	245		
<b>Товщина стінки</b>						
- палець, мм, мінімум 0.05мм		0.09	0.09	0.10		
- долоня, мм, мінімум		0.07	0.07	0.07		

0.05мм						
<b>Г) Фізичні властивості</b>	<b>Згідно EN 455-2</b>					
Сила на розрив у N, до старіння- Середнє 6,0 N		8.1	8.3	8.6		
Сила на розрив у N після старіння- Середнє 6,0 N		7.7	7.9	8.4		
<b>Д) Фізичні властивості</b>	<b>Згідно з ASTM D 6319</b>					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум		42	43	44		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		38	40	43		
Видовження в %, до старіння 500%		545	547	573		
Видовження в %, після старіння 400%		466	475	477		
<b>Е) Біосумісність</b>	<b>Згідно з ASTM D 6319</b>					
Залишки пудри <input type="checkbox"/> залишки пудри Макс.: 2.0 мг/шт максимум		0.4	0.5	0.5		

**Рукавички мають валик на манжеті.**

**Рукавички хлоровані.**

**Відповідає вимогам AQL 1.5**

**Обробка манжети: рівномірно загнутий край**

**Мають текстуровану поверхню на пальцях.**

**Рукавички не мають анатомічної форми, підходять для обох рук.**

**Для одноразового використання.**

**Групова упаковка 200 шт (100 пар).**

**Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Затверджено

/підпис/

Дата: 04.12.2021

Відділом з якості

Даний документ є перекладом Сертифікату - Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited. Декларація № 38-05/2021-IGAR від 20 травня 2021 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.