

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

21.11.2021

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

10 Soi 10, Phetkasem Road, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LXXOGF-G-WHT-OE-NC-NS Дата поставки: 17/11/2021 Контракт №: IGR021/024	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	202111	7492	0001-0060	2026.11	
	S	202111	7492	0001-600	2026.11	
	M	202111	7492	0001-3675	2026.11	
	L	202111	7492	0001-0400	2026.11	
Розбив за розмірами	Екстра маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	60 000	600 000	3 675 000	400 000		4 735 000
План вибірки згідно з ISO 2859-1	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	500	2000	315		3015
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	2	5	1		8
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0	Рівень перевірки: G1, AQL 4.0 Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	315	1260	315		2090
Кількість рукавичок з дефектами	0	5	14	0		19
Відповідність:	так	так	так	так		
Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578/ EN 455-2 n=13 шт./розмір					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	76 70	81 80	94 95	107 111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	242	242	243	243		
Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08 мм	0.10	0.10	0.10	0.10		

- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.09	0.09	0.09		
Д) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 (Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння	-	-	-	-		
Сила на розрив в МПа, після старіння	-	-	-	-		
Сила на розтяг в МПа, до старіння – 18 МПа min	20	21	21	21		
Видовження в %, до старіння 650% min	731	696	700	705		
Сила на розтяг в МПа, після старіння – 14МПа min	20	20	20	22		
Видовження в %, після старіння 500% min	680	666	658	699		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: **відповідають**

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника лабораторії)

Дата: 21.11.2021

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент продукт-менеджера)

Дата: 21.11.2021

Даний документ є повним перекладом Сертифікату – Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited. Декларація № 38-05/2021-IGAR від 20 травня 2021 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.