

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

09.07.2022

Виробник: **Dipped Products (Thailand) Ltd.**,
82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand

Серії: Для розміру S (6-7): B287298

Для розміру M (7-8): C287298

Для розміру L (8-9): D287298

Для розміру XL (9-10): E287298

Дата виготовлення: 06-2022

Дата закінчення терміну придатності: 05-2025

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		120	1 044	920	172	-	2 256
Кількість рукавичок (пар)		60 000	522 000	460 000	86 000		1 128 000
Тест на водонепроникність		27	231	204	38	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		27	231	204	38	-	500
Для кожного розміру		13	13	13	13	-	52
Пакування	Транспортна/пакети	2	22	20	4	-	48
	Групова/ внутрішнє пакування	2	22	20	4	-	48
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	0	1	1	0	-	2
Всього	0	1	1	0	-	2

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні						
ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5		Прийнятна кількість: 21		Кількість відхилення: 22	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Пошкоджена поверхня	0	1	1	0	-	2

Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	1	0	-	2
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	0	0	0	-	0
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	1	0	-	1
Подвійно занурені	0	0	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	1	2	1	1	-	4
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	0	-	0
Всього	1	4	3	1	-	9

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилення: 22

Опис (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами	
S	Товщина на (мм)	Пальці	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.28	0.26	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	00
	Ширина долоні		86	85	85	84	86	85	85	86	84	85	85	86	84	00
	Довжина		284	291	286	293	285	289	281	290	289	290	285	284	287	00
M	Товщина на(мм)	Пальці	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.25	0.28	0.27	0.28	0.25	0.28	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	00
	Ширина долоні		95	95	94	96	95	95	96	95	95	96	95	94	94	00
	Довжина		286	295	287	290	290	288	293	292	290	291	287	290	291	00
L	Товщина на(мм)	Пальці	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26	0.24	0.25	00
	Ширина долоні		106	107	106	105	105	106	105	106	107	105	106	106	106	00
	Довжина		285	291	290	290	290	284	291	293	291	285	288	288	290	00
XL	Товщина на (мм)	Пальці	0.29	0.28	0.27	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.25	0.27	0.26	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	00
	Ширина долоні		115	114	115	116	114	115	115	115	115	116	115	114	115	00
	Довжина		283	290	280	280	285	285	295	290	290	288	280	285	283	00
XLL	Товщина на(мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 09.07.2022

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції **Dipped Products (Thailand) Ltd.**, Декларація №36-02/2020 від "27" лютого 2020 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.