

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Пелюшка торгової марки Flexi life plus

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу.
2. Діставши з упаковки, розмістити та зафіксувати медичний виріб на горизонтальній поверхні, що контактує з джерелом вологи та біологічних рідин.
3. Після проведення гігієнічних процедур та/або зниження поглинаючої дії медичний виріб підлягає заміні на новий.

Увага!

1. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
2. Після використання утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.
3. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового застосування.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою

Пелюшка торгової марки Flexi life plus, 60 × 90 см




Виробник **ÇİFTÇİLER BİRLİK KAGİTÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ - SAKARYA BRANCH**
(ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA BRANCH)
3. Organize Sanayi Bolgesi, 10.Yol, No: 79, Sogutlu, Sakarya, Turkey
(3. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Yol, No:79, Söğütlü, Sakarya, Türkiye)

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР",
код ЄДРПОУ 19243202, місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 08.12.2021

Сторінка 1 з 1