

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

10 Березня 2023

Виробник:

ÇİFTÇİLER BİRLİK KAGİTÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ - SAKARYA BRANCH
(ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA BRANCH)

3. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Yol, No: 79, Sogutlu, Sakarya, Turkey
(3. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Yol, No:79, Söğütlu, Sakarya, Türkiye)

Продукція: Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus

Назва	Партія №:	Вироблено:	Термін придатності:
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір M	20221103	03.11.2022	03.11.2026
Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus, розмір L	20230304	04.03.2023	04.03.2027
Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus, розмір XL	20221122	22.11.2022	22.11.2026

Кількість: 280 упаковок

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам директиви 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів та стандарту EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

10 Березня 2023

Продукція: Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus

Назва	Партія №:	Вироблено:	Термін придатності:
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір M	20221103	03.11.2022	03.11.2026
Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus, розмір L	20230304	04.03.2023	04.03.2027
Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus, розмір XL	20221122	22.11.2022	22.11.2026

Кількість: 280 упаковок

Аспект перевірки	Технічні вимоги	Результати перевірки	Висновок
Зовнішній вигляд	Чиста, гладенька поверхня, без забруднень	Охайні та чисті	Відповідає
Запах	Відсутність запаху	Немає запаху	Відповідає
Колір	Рівний колір, без надмірної пігментації	Так	Відповідає
Вага	Розмір: M	58.6 ± 2 г	58.8 г
	Розмір: L	66 ± 2 г	66 г
	Розмір: XL	69 ± 2 г	69.1 г
Розмір виробу (ширина/довжина) мм	Розмір: M	660 (±) 20 × 780 (±) 20 мм	655 × 784 мм
	Розмір: L	780 (±) 20 × 860 (±) 20 мм	775 × 861 мм
	Розмір: XL	850 (±) 20 × 880 (±) 20 мм	845 × 885 мм
Виготовлені за безшовною	Так	Так	Відповідає

технологією			
Матеріал з якого виготовлений зовнішній шар виробу	Текстильний лист	Так	Відповідає
Матеріал поглинаючої подушечки	комбінований з суперабсорбентом	Так	Відповідає
Форма поглинаючої подушечки	овальна	Так	
Вага суперабсорбенту	Розмір: M	8 (±) 2 г	8 г
	Розмір: L	10(±) 2 г	10.1 г
	Розмір: XL	12(±) 2 г	12.1 г
Поглинаюча здатність	Розмір: M	800(±) 200 г	880 г
	Розмір: L	950(±) 200 г	1010 г
	Розмір: XL	1000(±) 200 г	1089 г
Обхват талії	Розмір: M	80-120 см	80-120 см
	Розмір: L	110-150 см	110-150 см
	Розмір: XL	120-170 см	120-170 см
Наявність широкого еластичного поясу	Так	Відповідає	
Наявність індикатору вологості/наповнення	Так	Відповідає	
Наявність ароматизаторів	Немає	Відповідає	
Герметичність упаковки	Герметично запакована упаковка	Без порушень і протікань	Відповідає

Підгузки- труси мають м'який еластичний край.

Щільне прилягання підгузка до тіла.

Нейтралізацію неприємного запаху.

Не містять латексу, мають анатомічну форму.

Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Виробник продукції **CIFTCILER BIRLIK KAGITCILIK ANONIM SIRKETI - SAKARYA BRANCH.**

Декларація № 39-11/2021 від "19" січня 2023 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.