

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу, очистити та висушити руки.
2. Перед використанням перевірити на цілісність та одягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
3. Після надягання на руку видалити залишки пудри з поверхні медичного виробу стерильними засобами.
4. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
5. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
6. Не використовувати медичний виріб у разі його пошкодження та протягом більш ніж двох годин поспіль, компоненти медичного виробу можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.
7. Використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR, розмір XS (5-6)
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR, розмір S (6-7)
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR, розмір M (7-8)
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR, розмір L (8-9)
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR, розмір XL (9-10)



Місце виробництва
(Виробничі потужності)

Місце виробництва
(Виробничі потужності)

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед
(Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited)
10 Сої 10, Петкасем Роуд, Хатъй, Сонгкла 90110 Таїланд
(10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

Блю Сейл Медікал Ко., Лтд.,
(Blue Sail Medical Co., Ltd.,)
№ 21 Кшінгтіан Роуд, Кілу Кемікал Вндастріал Парк, Зібо, Шандунь
255414, Китай
(No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414
China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.11.2022 року (Редакція 2)

В.Г. Биков



Сторінка 1 з 1