

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

28 Квітня 2023

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Товариство з обмеженою відповідальністю "САНОРМА"
Проспект Слобожанський, буд. 29/118, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49083, Україна

Продукція: **Бахіли медичні торгової марки IGAR**
Партія №: 2304
Кількість: 100 000 пар

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, було проведено перевірку перед відвантаженням.
Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

28 Квітня 2023

Продукція: **Бахіли медичні торгової марки IGAR**
Партія №: 2304
Виготовлено: 2023.04

Кількість в партії: 100 000 пар
Термін придатності: 2029.04

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Зовнішній вигляд	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	відповідає
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкодження не має.	відповідає
Вага одиниці	1,5г/шт.	відповідає
Розмір	400*140*13 мкм	відповідає
Колір	Синій	відповідає
Розмір	400*140*13 мкм	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів.
Декларація №42-04/2023-IGAR від "11" квітня 2023 року (редакція 1) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.