

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Червень 2023

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.

№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China
235100

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **XS S M L**

Партія №: 23016757-2

Кількість: 1 020 000 пар

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Червень 2023

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.

№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China
235100

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **XS S M L**

Партія №: 23016757-2

Кількість: 1 020 000 пар

Дата виготовлення: 2023.06

Термін придатності: 2028.06

Розмір	XS	S	M	L	Результати
Вага, г	2.74 г	2.98 - 3.08 г	3.33-3.41 г	3.60-3.65 г	Відповідає
	2.9±0.3 г	3.2±0.3 г	3.5±0.3 г	4.0± 0.3 г	
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	241	242-245	240-245	241-243	Відповідає
Ширина долоні в мм: розмір в партії/ специфікація ±10 мм	77 ≤80	85-86 80	95-97 95	106-108 110	Відповідає
Товщина манжет, розмір в партії/ специфікація в мм 0.07 ± 0.03	0.051	0.049-0.051	0.052-0.055	0.050-0.053	Відповідає
Товщина стінки долоні, розмір в партії/ специфікація в мм 0.08 ± 0.03	0.062	0.059-0.061	0.060-0.065	0.060-0.065	Відповідає
Товщина стінки пальця, розмір в партії/ специфікація в мм 0.10 ± 0.03	0.127	0.102-0.106	0.101-0.107	0.110-0.115	Відповідає
Сила на розрив ≥6 N	6.4	6.2-6.5	6.1-6.5	6.4-6.8	Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.				Відповідає

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "22" червня 2023 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.