

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

14 Травня 2025

Виробник:

ЧИФТЧИЛЕР БІРЛІК КАГІТЧИЛІК АНОНІМ ШІРКЕТІ – САКАР'Я БРАНЧ

ÇİFTÇİLER BİRLİK KAGİTÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ - SAKARYA BRANCH

(ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA BRANCH)

3. Організована промислова зона, 10. Дорога, №79, Сегютлю, Сакар'я, Туреччина

3. Organize Sanayi Bölgesi, 10.Yol, No: 79, Sogutlu, Sakarya, Turkey

(3. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Yol, No:79, Söğütlu, Sakarya, Türkiye)

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс: +380445853455

Продукція: Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus

Назва	Партія №:	Вироблено:	Термін придатності:
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір М	20250212	12.02.2025	12.02.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір М	20250226	26.02.2025	26.02.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір L	20250313	13.03.2025	13.03.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір XL	20250408	08.04.2025	08.04.2029

Кількість: 220 упаковок

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище товарів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, вказана вище партія товарів відповідає вимогам директиви 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів та стандарту EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

14 Травня 2025

Продукція: Підгузки-труси для дорослих торгової марки Flexi life plus

Назва	Партія №:	Вироблено:	Термін придатності:
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір М	20250212	12.02.2025	12.02.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір М	20250226	26.02.2025	26.02.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір L	20250313	13.03.2025	13.03.2029
Підгузки-труси для дорослих, торгової марки Flexi life plus, розмір XL	20250408	08.04.2025	08.04.2029

Кількість: 220 упаковок

Аспект перевірки	Технічні вимоги		Результати перевірки	Висновок
Зовнішній вигляд	Чиста, гладенька поверхня, без забруднень		Охайні та чисті	Відповідає
Запах	Відсутність запаху		Немає запаху	Відповідає
Колір	Рівний колір, без надмірної пігментації		Так	Відповідає
Вага	Розмір: М	58,6 ± 2 г	58,8 г	Відповідає
	Розмір: L	66 ± 2 г	66 г	
	Розмір: XL	69 ± 2 г	69,1 г	
Розмір виробу (ширина/довжина) мм	Розмір: М	660 (±) 20 × 780 (±) 20 мм	655 × 784 мм	Відповідає
	Розмір: L	780 (±) 20 × 860 (±) 20 мм	775 × 861 мм	
	Розмір: XL	850 (±) 20 × 880 (±) 20 мм	845 × 885 мм	
Виготовлені за безшовною	Так		Так	Відповідає

технологією					
Матеріал з якого виготовлений зовнішній шар виробу	Текстильний лист			Так	Відповідає
Матеріал поглинаючої подушечки	комбінований з суперабсорбентом			Так	Відповідає
Форма поглинаючої подушечки	овальна			Так	Відповідає
Вага суперабсорбенту	Розмір: M	8(±) 2 г		8 г	Відповідає
	Розмір: L	10(±) 2 г		10.1 г	
	Розмір: XL	12(±) 2 г		12.1 г	
Поглинаюча здатність	Розмір: M	800(±) 200 г	880 г	Відповідає	
	Розмір: L	950(±) 200 г	1010 г		
	Розмір: XL	1000(±) 200 г	1089 г		
Обхват талії	Розмір: M	80-120 см	80-120 см	Відповідає	
	Розмір: L	110-150 см	110-150 см		
	Розмір: XL	120-170 см	120-170 см		
Наявність широкого еластичного поясу	Так			Відповідає	
Наявність індикатору вологості/наповнення	Так			Відповідає	
Наявність ароматизаторів	Немає			Відповідає	
Герметичність упаковки	Герметично запакована упаковка			Без порушень і протікань	Відповідає

Підгузки- труси мають м'який еластичний край.

Щільне прилягання підгузка до тіла.

Нейтралізацію неприємного запаху.

Не містять латексу, мають анатомічну форму.

Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання.

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Виробник продукції ЧИФТЧИЛЕР БІРЛИК КАГИТЧИЛИК АНОНІМ ШІРКЕТІ – САКАР'Я БРАНЧ.

Декларація № 39-11/2021 від "19" січня 2023 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.