

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Квітень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.) Ексі Бейянь, Зуку Таун, 213144, Чанчжоу Сіті, провінція Цзянсу,
Китай (Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China)

Продукція: Пластир медичний торгової марки IGAR

Тип: Перцевий перфорований

Розмір: 12 x 18 см

Партія №: 202501

Кількість: 39 000 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Квітень 2025

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: Пластир медичний торгової марки IGAR

Тип: Перцевий перфорований

Розмір: 12 x 18 см

Партія №: 202501

Виготовлено: 2025.02

Термін придатності: 2030.02

Аспект перевірки		Технічні вимоги	Результат перевірки
Зовнішній вигляд		Стрічка пластиру повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнута.	відповідає
Розмір		1. Відхилення по довжині ± 2.0 мм	відповідає
		2. Відхилення по ширині повинне бути в межах ± 1.0 мм	відповідає
Матеріал основи	Склад	Бавовна	/
	Вага	Не менше ніж 90 г/м^2	$115 \pm 5 \text{ г/м}^2$
	Довжина на 10 см	Не менш ніж 236	255
	Уточна нитка на 10	Не менш ніж 220	255
Матеріал покриття	Тип	Клей-розплав оксиду цинку	/
	Вміст клейкої речовини	Не менш ніж 115 г/м^2	125 г/м^2
	Активні компоненти	Екстракт стручкового перцю - 2.89%, камфора - 9.6%, ментол - 7.8%	відповідає
Захисний папір (Глассіновий папір)		Не менше 45 г/м^2	65 г/м^2
Інтенсивність відриву		Не менш ніж 1.0 Н/см	5.2 Н/см
Упакування		1. Упаковка повинна бути чистою та неушкодженою.	Відповідає

	Зміст друку повинен бути чіткий. 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною. Внутрішня упаковка повинна відповідати зовнішній упаковці. 3. Штамп повинен бути щільно нанесений.	
--	---	--

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластирів торгової марки IGAR». Система управління якістю компанії Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд., для виробництва медичних пластирів торгової марки IGA» відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 13485:2016.

Декларація №41-10/2022-IGAR від "10" жовтня 2022 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.