

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Липень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Ксінтао Ксінгронг Протектів Продактс Ко., Лтд., (Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.) Пенгчанг Аве (Саус оф Хіанпенг Роуд) Ксінтао, 433018 Хубей Китайська Народна Республіка (Pengchang Ave (South of Xianpeng Road) Xiantao, 433018 Hubei P.R. China)

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 202503

Кількість: 240 000 штук

Цим підтверджується, що для вказаної партії продукції, було проведено перевірку перед відвантаженням.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Липень 2025

Продукція: **Маска медична неткана торгової марки IGAR**

Партія №: 202503

Кількість в партії: 240 000 штук

Виготовлено: 2025.05

Термін придатності: 2030.05

Аспект перевірки	Стандарти	Результати
Основні виміри	Допустиме відхилення: ± 0.5 см.	відповідає
Зовнішній вигляд	Маска має еластичні вушні петлі та фіксатор для носа.	відповідає
	Наявність чужорідних включень, волосся, плям будь-якого походження, олії, забруднень не припустимо. Колір однорідний, розриви відсутні.	відповідає
Запах	Запах відсутній.	відповідає
Властивості матеріалу	Зовнішній шар: поліпропілен спанбонд (SBPP): 20 г/м ²	відповідає
	Фільтруючий шар: поліпропілен розплаву (MBPP): 20 г/м ²	
	Внутрішній шар: поліпропілен спанбонд (SBPP): 28 г/м ²	
	Відсутні такі дефекти як дірки, відриви, рвані кромки та відкриті шви.	
Маркування	Упаковка продукції повинна бути чітко промаркованою, залишки від процесу друку відсутні, забруднення відсутні, пошкоджень не має.	відповідає
Випробування на водостійкість	Пакувальний матеріал повинен бути запакований під тиском у 5Н, без витоку.	відповідає
Упакування	Експортний короб в належному стані.	відповідає

Висновок: Вказані вище результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів. Вимоги до системи управління якістю компанії Ксінтао Ксінгронг Протектів Продактс Ко., Лтд., відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою. Декларація №13-11/2016-IGAR від "30" серпня 2024 року (редакція 5) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.