

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Липень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.) Ексі Бейянь, Зуку Таун, 213144, Чанчжоу Сіті, провінція Цзянсу,
Китай (Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China)

Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**

Тип: **Ультрапор (на нетканій основі)**

Розмір:	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
---------	------------	------------	------------

Партія №: 202502

Кількість: 43 200 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Липень 2025

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**

Тип: **Ультрапор (на нетканій основі)**

Розмір:	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
---------	------------	------------	------------

Партія №: 202502

Виготовлено: 2025.05

Термін придатності: 2030.05

Аспект перевірки		Технічні вимоги	Результат перевірки
Зовнішній вигляд		1. Стрічка повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнута.	Відповідає
Розмір		1. Відхилення по довжині має бути $\pm 1\%$. 2. Відхилення по ширині має бути в межах ± 1.0 мм.	Відповідає
Захлест		Якщо довжина менша ніж 3 м, на стрічці захлест відсутній. Якщо довжина більша ніж 3 м, захлест не повинен перевищувати один.	Відповідає
Матеріал основи	Склад	Терилен, полівінілспиртове волокно, целюлоза з деревини м'яких порід	/
	Вага	Не менш ніж 20 г/м ²	23 $\pm$ 1 г/м ²
Клейка речовина	Тип	Термоплавкий клей	/
	Вміст клейкої речовини	Не менш ніж 25 г/м ²	32 г/м ²
Інтенсивність відриву		Не нижче ніж 1.0 Н/см	3.5 Н/см
Тривалість клейкості		Не більше ніж 2.5 мм.	0 мм
Упакування		1. Упаковка повинна бути чистою та непошкодженою. Зміст етикетки має бути чітким.	Відповідає

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластирів РіверПласт торгової марки «IGAR». Система управління якістю компанії Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд. для виробництва медичних пластирів торгової марки «IGAR» відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Декларація №7-08/2016-IGAR від "19" травня 2025 року (редакція 7) відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.