

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

18.09.2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед (Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited) 10 Сої 10, Петкасем Роуд, Хат Яй, Сонгкхла 90110 Таїланд (10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LXXOGF-G-WHT-OE-NC-NS Контракт №: IGR2025/004	Розмір:	Дата	Серія:		Термін	
		виготовлення:			придатності:	
	XS	202508	4112	0001-0040	2030.08	
	S	202508	4112	0001-0200	2030.08	
	M	202508	4112	0001-0200	2030.08	
L	202508	4112	0001-0910	2030.08		
Розбив за розмірами	Екстра маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра- великий	Всього
	40 000	200 000	200 000	910 000		1 350 000
План вибірки згідно з ISO 2859-1	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	315	315	500		1 150
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	0	0	0	0		0
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	0	0		0
Відповідність:	так	так	так	так		так
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0	Рівень перевірки: GI, AQL 4.0 Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	315	315	315		1145
Кількість рукавичок з дефектами	0	0	0	0		0
Відповідність:	Так	так	так	так		так
Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578/ EN 455-2 n=13 шт./розмір					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	79 70	83 80	95 95	109 111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	245	245	247	246		
Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08 мм						
	0.10	0.11	0.10	0.10		

- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.09	0.09	0.09		
Г) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 (Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18 МПа min	18	20	18	19		
Видовження в %, до старіння 650% min	680	713	677	699		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа min	18	18	17	16		
Видовження в %, після старіння 500% min	660	654	649	651		
Д) Біосумісність	згідно з ASTM D3578					
Вміст пудри (мг/дм ²) , </=10	7	7	8	6		
Вміст білку (мкг/г) , </=200	73	39	58	37		

Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групові упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: **відповідають**

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника лабораторії)

Дата: 18.09.2025

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент продукт-менеджера)

Дата: 18.09.2025

Даний документ є перекладом Сертифікату – Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед. Декларація № 38-05/2021-IGAR від 22 травня 2023 року (редакція 3). про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.