

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25012831

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 2 200 000 пар

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Серпень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25012831

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 2 200 000 пар

Дата виготовлення : 2025.08

Термін придатності: 2030.07

Розмір	S	M	L	Результати
Вага, г	3.07 г	3.40-3.50 г	3.65-3.69 г	Відповідає
	3.0±0.3 г	3.5±0.3 г	3.8±0.3 г	
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	241	240-243	240-242	Відповідає
Ширина долоні в мм: розмір в партії/ специфікація ±10 мм	85	95-96	106-106	Відповідає
	80	95	110	
Товщина манжет, розмір в партії/ специфікація в мм 0.07 ± 0.03	0.046	0.050-0.053	0.047-0.049	Відповідає
Товщина стінки долоні, розмір в партії/ специфікація в мм 0.08 ± 0.03	0.057	0.060-0.062	0.057-0.059	Відповідає
Товщина стінки пальця,	0.0082	0.099-0.106	0.092-0.099	Відповідає

розмір в партії/ специфікація в мм 0.10 ± 0.03				
Сила на розрив ≥6 N	6.2	6.1-6.5	6.2-6.3	Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.			Відповідає

Групова упаковка 100 шт (50 пар).

Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "22" травня 2023 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.