

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.) № 1 Бейянь Роад, Хесі Вілладж, Зуку Таун 213144 Чанчжоу Сіті,
провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка (№ 1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou
City, Jiangsu Province, People's Republic of China)

Продукція: **Бинт медичний когезивний фіксуєчий торгової марки IGAR (бежевого кольору)**

Розмір: 7,5 см x 4,5 м

Партія №: 202503
Кількість: 2 496 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Серпень 2025

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Бинт медичний когезивний фіксуєчий торгової марки IGAR (бежевого кольору)**

Розмір: 7,5 см x 4,5 м

Партія №: 202503
Виготовлено: 2025.07

Термін придатності: 2030.07

Аспект перевірки		Технічні вимоги	Результат перевірки
Зовнішній вигляд		Поверхня повинна бути чистою, без забруднень, без сторонніх речовин, без дірок.	Відповідає
Основні розміри	Ширина	Ширина: ± 1.0 мм	Відповідає
	Довжина	Залишкова довжина: ≥ 220 см Сила на розрив: ≥ 450 см ± 10 см	Відповідає
Матеріал основи		Поліпропілен (PP) нетканий	Відповідає
Клейка речовина	Тип	Поліізопреновий (PI) латексний клей	Відповідає
	Вміст	≥ 20 г/м ³	
Еластичність		1:2.0 $\pm$ 02	Відповідає
Інтенсивність відриву 180°		0.6 – 4.0N/2.5 см	Відповідає
Упакування		1. Упаковка повинна бути чистою та непошкодженою. Зміст етикетки має бути чітким. 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною.	Відповідає

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних бинтів когезивних фіксуєчих торгової марки IGAR. Система управління якістю компанії Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд., для виробництва медичних бинтів когезивних фіксуєчих торгової марки IGAR відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Декларація №44-12/2023-IGAR від "13" жовтня 2025 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.