

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Вересень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору**

Розмір: **S M**

Партія №: 25015578

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 220 000 пар

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Вересень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору**

Розмір: **S M**

Партія №: 25015578

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 220 000 пар

Дата виготовлення: 2025.09

Термін придатності: 2030.08

Розмір	S	M	Результати
Вага, г	3.08 - 3.17 г	3.52-3.56 г	Відповідає
	3.0±0.3 г	3.5±0.3 г	
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	241-244	241-243	Відповідає
Ширина долоні в мм: розмір в партії/ специфікація ±10 мм	85-86 80	95-96 95	Відповідає
Товщина манжет, розмір в партії/ специфікація в мм 0.07 ± 0.03	0.043-0.048	0.048-0.053	Відповідає
Товщина стінки долоні, розмір в партії/ специфікація	0.055-0.058	0.061-0.062	Відповідає

в мм 0.08 ± 0.03			
Товщина стінки пальця, розмір в партії/ специфікація в мм 0.10 ± 0.03	0.100-0.105	0.103-0.105	Відповідає
Сила на розрив ≥ 6 N	6.1-6.5	6.3-6.5	Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.		Відповідає

Груповою упаковка 100 шт (50 пар).

Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "22" травня 2023 року (редакція 3) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.