

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

10.02.2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед (Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited) 10 Сої 10, Петкасем Роуд, Хат Яй, Сонгкхла 90110 Таїланд (10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

| Звіт | Застосовано останні видання всіх стандартів | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR | | | | | | |
| Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOOOGF-B-WHT-EU-MC-NS Контракт №: IGR2025/008 | Розмір: | Дата виготовлення: | Серія: | | Термін придатності: | |
| | XS | 202511 | 6178 | 0001-0090 | 2030.11 | |
| | S | 202511 | 6178 | 0001-1030 | 2030.11 | |
| | M | 202511 | 6178 | 0001-1500 | 2030.11 | |
| | L | 202510 | 6178 | 0001-0600 | 2030.10 | |
| Сертифікат якості | | | | | | |
| Розбив за розмірами | Екстра-маленький | Маленький | Середній | Великий | Екстра-великий | Всього |
| | 90 000 | 1 030 000 | 1 500 000 | 600 000 | | 3 220 000 |
| А. План вибірки (згідно з EN455-1) | Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1 | | | | | |
| Кількість перевірених рукавичок | 200 | 700 | 1000 | 500 | | 2400 |
| Кількість бракованих рукавичок | 1 | 12 | 16 | 10 | | 39 |
| Б. Дефекти (протікання, розриви) | | | | | | |
| Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Усього дефектів (А+Б) | 1 | 12 | 16 | 10 | | 39 |
| Відповідність: | так | так | так | так | | |
| В. Незначні дефекти | Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1 | | | | | |
| Кількість перевірених рукавичок | 200 | 515 | 630 | 315 | | 1660 |
| Кількість бракованих рукавичок | 0 | 0 | 5 | 4 | | 9 |
| Відповідність: | так | так | так | так | | |
| Г. Розміри в мм | згідно з EN455-2/ ASTM D 3578 n=13 шт./розмір | | | | | |
| Ширина в мм: мінімальний | 75 | 82 | 94 | 107 | | |
| вимірний розмір в партії +/- 10 мм | 80 | 80 | 95 | 110 | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|-----|--|
| Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм | 243 | 244 | 243 | 242 | | |
| Товщина однієї стінки рукавичок | | | | | | |
| - в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| - в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| Д1. Фізичні властивості | згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.) | | | | | |
| Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | | |
| Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | | |
| Д2. Фізичні властивості | згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0) | | | | | |
| Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум | 27 | 25 | 25 | 27 | | |
| Видовження в %, до старіння 650% мінімум | 754 | 747 | 779 | 782 | | |
| Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум | 24 | 23 | 24 | 24 | | |
| Видовження в %, після старіння 500% мінімум | 804 | 855 | 824 | 835 | | |
| Е. Біосумісність | згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікату магнію) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках (специфікація: 6-15 мг/дм ²) метод EN455-2 | <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри (специфікація: 2.0 мг/рукавичку максимум) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Вміст білку (мкг/г) згідно з EN 455-3, середнє значення (специфікація: ≤ 50 мкг/г) <input type="checkbox"/> | 25 | 33 | 33 | 36 | | |

Рукавички мають валик на манжеті.

Рукавички мають текстуровану поверхню на кінчиках пальців.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 100 шт (50 пар).

Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника відділу перевірки продукції)

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент менеджера контролю якості)

Даний документ є перекладом Сертифікату – Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед. Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.